

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu ratowniczo-medycznego**

Starostwo Powiatowe w Lesznie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu ratowniczo-medycznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytania Wykonawcy

1. Czy Zamawiający dopuszcza, aby AED zamiast przekazywać "informację zwrotną w trybie rzeczywistym o jakości każdego uciśnięcia, poprzez komendy głosowe i komunikaty na ekranie (przyciśnij mocniej, dobry ucisk, rozpocznij/kontynuuj reanimację), przekazywał "informację o każdym uciśnięciu poprzez słowny i dźwiękowy instruktaż wybijający właściwy rytm (metronom) i instruujący o głębokości prowadzonych uciśnięć)?
Opis tego parametru i innych wskazanych przez Zamawiającego sugeruje określony wybór konkretnego urządzenia AED na rynku (Zoll). W dalszej części specyfikacji wyszczególnione są komponenty takie jak elektrody bez czujnika głębokości uciśnięć co sugeruje, że nie jest to dla Zamawiającego istotna funkcja.
2. Czy zamawiający dopuszcza energię defibrylacji mniejszą niż 200 J (np. 150 J). Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji (Wytyczne 2010) w defibrylatorach dwufazowych zalecana jest energia początkowa na poziomie właśnie 150 J z racji na mniejsze powikłania zdrowotne i wysoką skuteczność.
3. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego dopuszczalna temperatura przechowywania wynosi -20 do 60 st. C ? Jeśli nie to czy rzeczywiście planuje się przechowywanie tych urządzeń w temperaturze -30 st. C - jeśli tak to w jak długim czasie?
4. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego parametry wytrzymałości wynoszą:
 - a) wytrzymałość na zgniecenie: 225 kg
 - b) wibracje: Podczas pracy - spełnia wymagania MILSTD 810F Fig.514.5C-17; Gotowość - spełnia wymagania MILSTD 810F Fig.514.5C-18
 - c) upadek: z wysokości 1 m
 - d) promieniowanie: EMI (odporność): CISPR II grupa I, klasa B, IEC 61000-4-3 oraz IEC 61000-4-8
5. Czy waga urządzenia AED (wraz z baterią i elektrodami) ma wynosić maksymalnie 2 kg ?
6. W jaki sposób Zamawiający wyobraża sobie dostawę w ramach przedmiotu zamówienia defibrylatora treningowego (1 sztuka).
Zgodnie z prawem Oferent nie może dostarczyć towaru za darmo. Oferent musi taki towar kupić - i sprzedać.
Jednocześnie w tabeli kalkulacji ceny jest miejsce na wpisanie jednej pozycji (8 sztuk defibrylatorów AED), we wzorze umowy również jest mowa tylko o 8 sztukach defibrylatorów.

Uprzejmie informujemy, że defibrylatory treningowe nie są wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, w związku z czym stosuje się do nich stawkę 23% VAT, inaczej niż w przypadku defibrylatorów AED (stawka 8%).

W związku z powyższym, jeżeli Zamawiający życzy sobie odpłatnej dostawy defibrylatora treningowego prosimy, by zmienił odpowiednie zapisy w specyfikacji, ogłoszeniu i wzorze umowy i zamieścił je na stronie.

Odpowiedzi Zamawiającego

1. Zamawiający dopuszcza, aby AED zamiast przekazywać "informację zwrotną w trybie rzeczywistym o jakości każdego uciśnięcia, poprzez komendy głosowe i komunikaty na ekranie (przyciśnij mocniej, dobry ucisk, rozpocznij/kontynuuj reanimację), przekazywał "informację o każdym uciśnięciu poprzez słowny i dźwiękowy instruktaż wybijający właściwy rytm (metronom) i instruujący o głębokości prowadzonych uciśnięć) zgodnie z Wytycznymi ERC z 2010 r.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie defibrylatora o energii defibrylacji mniejszej niż 200 J.
3. W wyniku dokonanej przez zamawiającego modyfikacji określono następującą temperaturę przechowywania : od -10 do 60C.
4. Zamawiający nie określił w specyfikacji technicznej defibrylatora wymienionych przez wykonawcę parametrów, w związku z czym parametry te nie będą brane pod uwagę przy ocenie oferty.
5. Zamawiający nie określił w specyfikacji technicznej defibrylatora jego wagi, w związku z czym waga urządzenia nie będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty.
6. Zamawiający nie żąda dostawy defibrylatora treningowego, a jedynie oczekuje go w ramach zamówienia. Niedostarczenie defibrylatora treningowego nie będzie zatem skutkować odrzuceniem oferty.

Z up. STAROSTY
/-/ Jarosław Wawrzyniak
Wicestarosta