

Leszno, dnia 23 marca 2012 r.

OR.VI.272.6.2012

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu ratowniczo-medycznego**

Starostwo Powiatowe w Lesznie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu ratowniczo-medycznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytania Wykonawcy

Parametry techniczne:

1. **Pkt. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora zasilanego z akumulatora wewnętrznego o żywotności 18 miesięcy?
2. **Pkt. 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora bez możliwości ładowania akumulatorów z napięcia 12V DC przy pomocy wbudowanej lub zewnętrznej ładowarki?
3. **Pkt. 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora z całkowitą pojemnością akumulatora 2,4 Ah?
4. **Pkt. 6** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora z defibrylacją dwufazową do 270 J oraz jednofazową do 360 J?
5. **Pkt. 12** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora bez rejestracji – oprogramowanie z kablem USB? Defibrylator posiada kartę pamięci, umożliwiającą archiwizację oraz możliwość wydruku na drukarce.
6. **Pkt. 15** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora bez torby?
7. **Pkt. 19** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora z certyfikatem zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2003?

Odpowiedzi Zamawiającego

1. **Pkt. 2** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie defibrylatora zasilanego z akumulatora wewnętrznego o żywotności 18 miesięcy.
2. **Pkt. 3** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie defibrylatora bez możliwości ładowania akumulatorów z napięcia 12V DC przy pomocy wbudowanej lub zewnętrznej ładowarki.
3. **Pkt. 4** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie defibrylatora z całkowitą pojemnością akumulatora 2,4 Ah.
4. **Pkt. 6** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie defibrylatora z defibrylacją dwufazową do 270 J oraz jednofazową do 360 J.
5. **Pkt. 12** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie defibrylatora bez rejestracji – oprogramowanie z kablem USB.
6. **Pkt. 15** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie defibrylatora bez torby.
7. **Pkt. 19** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie defibrylatora z certyfikatem zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2003.

Z up. STAROSTY

Jarosław Wawrzyniak
Wicestarosta